

**TERMO DE RETIFICAÇÃO****EDITAL Nº 3774/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025**

O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, torna público que o **Edital nº 3774/2025 (Materiais permanentes Secretaria Municipal de Saúde)**, sofreu alterações no descritivo dos itens 12, 13, 14 e 106. Segue abaixo descrição após retificação:

12	AUTOCLAVE 21 LITROS Especificações mínimas: 21 litros, em inox; equipamento digital; câmara horizontal; manômetro digital com barra de leds indicativos de pressão; com sistema microprocessados com vários ciclos; com reservatório externo de água; pressão de esterilização 1 a 1,4 bar; temperatura de trabalho de 121 a 134°C; desaeração e despressurização automáticas; secagem semiautomática (com porta entreaberta); secagem extra: sim; capacidade: 21 litros; potência: 1.600 watts; voltagem: 220 v. material da câmara: alumínio anodizado; cor branca.	UN	10
13	AUTOCLAVE 40 LITROS Especificações mínimas: 40 litros, em inox; equipamento digital; câmara horizontal; manômetro digital com barra de leds indicativos de pressão; com sistema microprocessados com vários ciclos; com reservatório externo de água; pressão de esterilização 1 a 1,4, bar temperatura de trabalho de 121 a 134°C; desaeração e despressurização automáticas; secagem semiautomática (com porta entreaberta); secagem extra: sim; capacidade: 21 litros; potência: 1.600 watts; voltagem: 220 v. material da câmara: alumínio anodizado; cor branca. OBS: Item aberto para ampla concorrência	UN	12
14	AUTOCLAVE 40 LITROS Especificações mínimas: 40 litros, em inox; equipamento digital; câmara horizontal; manômetro digital com barra de leds indicativos de pressão; com sistema microprocessados com vários ciclos; com reservatório externo de água; pressão de esterilização 1 a 1,4, bar temperatura de trabalho de 121 a 134°C; desaeração e despressurização automáticas; secagem semiautomática (com porta entreaberta); secagem extra: sim; capacidade: 21 litros; potência: 1.600 watts; voltagem: 220 v. material da câmara: alumínio anodizado; cor branca.	UN	3
106	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA Especificações técnicas: Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com	UN	1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

Rua Benjamin Constant, 686 – CEP 96.570-000 CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2463

	aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Gravação disponível em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz.		
--	--	--	--

A data da sessão de disputa foi alterada, passando para **o Dia 26/05/2025, às 8h45min**, devendo as propostas serem anexadas ao sistema até às **8h do mesmo dia**.

As demais cláusulas e condições do Edital Convocatório permanecem inalteradas.

Caçapava do Sul, 05 de maio de 2025.

MARCELO C. SPODE,
Prefeito.